


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ – СВИДЕТЕЛЬСТВО № K01.031 от 11.03.12**

Утверждаю
Главный врач
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора
 А.И. Верещагин
«10» 04 2014 г.



**Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях
1 этапа 2014 г.**

образец для контроля ОК 12A06/14П

Сводная таблица оценки качества результатов испытаний образца для контроля ОК 12А06/14П

Кодовый номер ИЛ	Шифр образца для контроля	ОК 12А06/14П					
	Определяемый показатель	Генотип ВГС					
	№ пробирок	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6
	Генотип COR-область	3	1	1	2	3	2
	Концентрация РНК ВГС, МЕ/мл	$6,74 \cdot 10^3$	$9,02 \cdot 10^3$	$9,02 \cdot 10^3$	$7,35 \cdot 10^3$	$6,74 \cdot 10^3$	$7,35 \cdot 10^3$
Результат испытаний							
3	Генотип ВГС	3	1	1	2	3	2
4	Генотип ВГС	3a/b	1b	1b	2	-	-
8	Генотип ВГС	3a	1b	1b	2	3a	2
10	Генотип ВГС	3a	1b	1b	-	3a	2
18	Генотип ВГС	3	1	1	2	3	2
22	Генотип ВГС	3	1	1	2	3	2
37	Генотип ВГС	3	1b	1b	2	3	2
39	Генотип ВГС	3	1	1	2	3	2
41	Генотип ВГС	3	1	1	2	3	2