


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»**  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ – СВИДЕТЕЛЬСТВО № К01.031 от 11.03.12**

Утверждаю  
Главный врач  
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора

  
*А.И. Верещагин* А.И. Верещагин  
« 23 » 10 2014 г.

**Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях  
2 этапа 2014 г.**

образец для контроля ОК 10Б06/14П

Сводная таблица оценки качества результатов испытаний образца для контроля ОК 10Б06/14П

Кодовый номер ИЛ	Шифр образца для контроля	ОК 10Б06/14П									
		ДНК ВГВ									
№ пробирки	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	№10	
Генотип ВГВ	D	D	Сыворотка КРС	D	Сыворотка КРС	D	D	D	A	Сыворотка КРС	
Концентр. ДНК ВГВ, МЕ/мл	$2,48 \cdot 10^2$	$6,38 \cdot 10^3$	-	$6,38 \cdot 10^3$	-	$2,48 \cdot 10^2$	$2,48 \cdot 10^2$	$6,38 \cdot 10^3$	$1,01 \cdot 10^4$	-	
Результат испытаний											
4	ДНК ВГВ	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-
22	ДНК ВГВ	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-
23	ДНК ВГВ	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-
26	ДНК ВГВ	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-
34	ДНК ВГВ	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-
39	ДНК ВГВ	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-
41	ДНК ВГВ	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-
45	ДНК ВГВ	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-
47	ДНК ВГВ	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-