


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ – СВИДЕТЕЛЬСТВО № К01.031 от 11.03.12**

Утверждаю
Главный врач
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора
Верещагин А.И. Верещагин
«23» 10 2014 г.



**Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях
2 этапа 2014 г.**

образец для контроля ОК 12Б06/14П

Сводная таблица оценки качества результатов испытаний образца для контроля ОК 12Б06/14П

Кодовый номер ИЛ	Шифр образца для контроля	ОК 12Б06/14П					
		Генотип ВГС					
Определяемый показатель	№1	№2	№3	№4	№5	№6	
№ пробирки	№1	№2	№3	№4	№5	№6	
Генотип COR-область	1	3	2	2	3	1	
Концентрация РНК ВГС, МЕ/мл	$9,02 \cdot 10^3$	$6,48 \cdot 10^3$	$2,34 \cdot 10^4$	$2,34 \cdot 10^4$	$6,48 \cdot 10^3$	$9,02 \cdot 10^3$	
Результат испытаний							
3	Генотип ВГС	1	3	2	2	3	1
4	Генотип ВГС	-	-	1b	-	2	1b
7	Генотип ВГС	1	3	2	2	3	1
10	Генотип ВГС	1в	-	2	2	3a	1
22	Генотип ВГС	1	3	2	2	3	1
29	Генотип ВГС	1	3	2	2	3	1
37	Генотип ВГС	1в	3	2	2	3	1в
39	Генотип ВГС	1	3	2	2	3	1
41	Генотип ВГС	1	3	2	2	3	1
48	Генотип ВГС	1	3	2	2	3	1