ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ – СВИДЕТЕЛЬСТВО № К01.031 от 11.03.12

Утверждаю
Главный врач
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора

А.И.Верещагин
«28» 11 2014 г.

Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях 4 этапа 2014 г.

образец для проверки квалификации **ОК 1Г09/14**
шифр ОК

Характеристика образца для проверки квалификации.
Образец ОК 1Г09/14 представляет собой акустический стенд (компакт-диск с записью шума с акустическими колонками).

Задачей участников было оценить:
1.Качественные показатели:
- оценка параметров шума (постоянный, непостоянный (колеблющийся, прерывистый импульсный)
- оценка качества оформления протоколов измерения шума (правильно указаны нормативные и методические документы; правильно оформлен протокол измерения шума)

2. Количественные показатели:
- в протоколе измерения указано есть или нет превышение шума над заданными значениями.

Оценка результатов производилась с учетом набранных баллов:

№ п/п	Результаты решения задачи	Баллы
1	В протоколе правильно указан характер шума.	3**
2	Правильно измерены все необходимые параметры шума ($L_{Аэкв.}$ и $L_{Амакс.}$)	3
3	Если измеренные уровни превышают заданные	2
4	Правильно указаны нормативные и методические документы, гигиенический норматив.	2
5	Правильно оформлен протокол измерения шума	1
	Итого:	**11 баллов**

Задача считается решенной удовлетворительно, если набрано не менее 9 баллов.

Примечание.
* в случае представления участником неверной информации результат по вышеперечисленным критериям оценивается в 0 баллов.
** В случае если характер шума определен не полностью, оценка снижается на 2 балла (п. 4.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96)
*** Обоснование присвоения тому или иному аспекту деятельности участника того или иного числа баллов связано со значимостью того или иного аспекта в ответе и, исходя из практического опыта измерения и оценки шума.

Сводная информация о результатах участия ИЛ в раунде представлена в таблице.

Информация о полученных результатах испытаний		Идентификация
Результат, %	Удовлетворительно	90,6
	Неудовлетворительно	9,4
Число результатов испытаний, полученных от ИЛ – участников МСИ	Всего	234
	Удовлетворительных	212
	Неудовлетворительных	22

Результаты участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях приведены в сводной таблице.

Ответственный за проведение МСИ  Е.М. Малков

Сводная таблица
оценки качества результатов испытаний образца для контроля ОК 1Б09/14
по определению характера и уровня шума
(источник шума - акустический стенд)

№ п/п	Кодовый номер ИЛ	Определение характера и уровня шума			
		Результаты испытаний*	Обозначение НД на метод испытаний, методика испытаний	Заключение	Количество баллов
1.	1	ШН/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
2.	2	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
3.	5	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
4.	7	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
5.	10	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
6.	13	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	10
7.	14	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
8.	15	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
9.	16	ШНК/П	МУК 4.3.2194-07	Удовлетворительно	9
10.	18	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
11.	20	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
12.	22	ШНШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9

13.	**26**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
14.	**27**	ШНШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
15.	**28**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.003-83	**Неудовлетворительно**	**7**
16.	**29**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
17.	**31**	ШНИ/П	Не указан	**Неудовлетворительно**	**3**
18.	**40**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
19.	**41**	ШНП/П	МУК 4.3.2194-07	Удовлетворительно	9
20.	**44**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
21.	**48**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
22.	**49**	ШНТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
23.	**51**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
24.	**52**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
25.	**56**	ШНП/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
26.	**57**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
27.	**58**	ШНКТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
28.	**68**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
29.	**73**	ШНПТ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
30.	**79**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11

31.	**86**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
32.	**88**	ШНПШ//	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
33.	**115**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	**Неудовлетворительно**	**7**
34.	**120**	ШНШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
35.	**126**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
36.	**130**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
37.	**131**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
38.	**132**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
39.	**134**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
40.	**137**	ШН/П	ГОСТ 12.1.050-86	**Неудовлетворительно**	**8**
41.	**142**	ШНКШ/П	МУК 4.3.2194-07	**Неудовлетворительно**	**7**
42.	**145**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
43.	**152**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
44.	**155**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
45.	**169**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
46.	**171**	ШНП/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
47.	**182**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
48.	**183**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11

49.	**185**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
50.	**186**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
51.	**188**	ШП/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
52.	**190**	ШНПШ/П	Не указан	Удовлетворительно	9
53.	**195**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
54.	**199**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
55.	**200**	ШНТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
56.	**201**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
57.	**215**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
58.	**215-1**	ШНКШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
59.	**217**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
60.	**220**	ШНП/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
61.	**223**	ШНШК/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
62.	**243**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
63.	**248**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
64.	**249**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
65.	**259**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
66.	**272**	ШПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	**Неудовлетворительно**	**4**

67.	**277**	ШНП/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
68.	**280**	ШНП/П	ГОСТ Р ИСО 9612-2013; СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
69.	**281**	ШНП/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
70.	**284**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
71.	**295**	ШНПШ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
72.	**300**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
73.	**301**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
74.	**308**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
75.	**314**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
76.	**318**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
77.	**319**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
78.	**326**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
79.	**328**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
80.	**332**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
81.	**333**	ШНПШ/П	МУК 4.3.2194-07	Удовлетворительно	9
82.	**336**	ШНК/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
83.	**338**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
84.	**341 (1)**	ШНК/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9

85.	**341 (2)**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
86.	**342**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
87.	**342-1**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
88.	**343**	ШНК/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
89.	**344**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
90.	**346**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
91.	**352**	ШНК/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
92.	**358**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	**Неудовлетворительно**	**7**
93.	**365**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
94.	**366**	ШНПТ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
95.	**375**	ШНПТ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
96.	**376**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
97.	**377**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
98.	**380**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
99.	**384**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
100.	**388**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
101.	**400**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
102.	**403**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11

103.	**410**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
104.	**411**	ШПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
105.	**412**	ШПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
106.	**413**	ШПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
107.	**417**	ШПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
108.	**418**	ШПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
109.	**419**	ШПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
110.	**422**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
111.	**423**	ШНИШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
112.	**424**	ШШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	**Неудовлетворительно**	**4**
113.	**428**	Не указано	Не указано	**Неудовлетворительно**	**3**
114.	**438**	ШНИТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
115.	**440**	ШНИТ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
116.	**445**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
117.	**467**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
118.	**471**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
119.	**472**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
120.	**473**	ШНП/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9

121.	**474**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
122.	**477**	ШНК/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	**Неудовлетворительно**	**7**
123.	**479**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
124.	**480**	ШНПТ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
125.	**482**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
126.	**483**	ШНПТ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
127.	**489**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
128.	**490**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
129.	**495**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
130.	**496**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
131.	**498**	ШПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	**Неудовлетворительно**	**4**
132.	**506**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.003-83	Удовлетворительно	9
133.	**508**	ШНИ/П	ГОСТ 12.1.003-83	Удовлетворительно	9
134.	**515**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
135.	**518**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
136.	**519**	ШНКТ/П	МУ 1844-78	Удовлетворительно	9
137.	**524**	ШНК/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
138.	**525**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11

139.	**526**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
140.	**527**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
141.	**528**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
142.	**532**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
143.	**533**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
144.	**534**	ШПТ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	**Неудовлетворительно**	**2**
145.	**538**	ШНК/П	ГОСТ 12.1.003-83	Удовлетворительно	9
146.	**540**	ШНК/П	МУК 4.3.2194-07	**Неудовлетворительно**	**7**
147.	**543**	ШНПТ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
148.	**545**	ШНПТ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
149.	**546**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
150.	**548**	ШНК/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
151.	**554**	ШНШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
152.	**557**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
153.	**561**	ШНП/П	ГОСТ Р ИСО 9612-2013, ГОСТ 23337-78; ГСИ Р 50.2.038-2004	Удовлетворительно	9
154.	**562**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
155.	**563**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
156.	**569**	ШПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11

157.	**577**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
158.	**588**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
159.	**589**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
160.	**590**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
161.	**591**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
162.	**592**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
163.	**593**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
164.	**594**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
165.	**620**	ШНПТ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
166.	**623**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
167.	**627**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
168.	**633**	ШНК/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
169.	**636**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
170.	**654**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
171.	**658**	ШН/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
172.	**664**	ШП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
173.	**668**	ШП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
174.	**672**	ШП/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9

175.	**676**	ШПШ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
176.	**694**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	**Неудовлетворительно**	**7**
177.	**694-1**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
178.	**694-2**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
179.	**698**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
180.	**700**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
181.	**705**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
182.	**706**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
183.	**711**	ШНПШ/Ш	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
184.	**714**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
185.	**716**	ШНТ/П	Инструкция по применению стенда	**Неудовлетворительно**	**7**
186.	**718**	ШНПШ/Ш	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
187.	**728**	ШНИТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
188.	**732**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
189.	**735**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
190.	**736**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
191.	**745**	ШПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	**Неудовлетворительно**	**4**
192.	**753**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11

193.	**764**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
194.	**769**	ШНКШ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	**Неудовлетворительно**	**7**
195.	**772**	ШНКТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
196.	**778**	ШНКТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
197.	**783**	ШНКТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
198.	**785**	ШНКТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
199.	**788**	ШНК/П	МУК 4.3.2194-07	**Неудовлетворительно**	**7**
200.	**793**	ШНП/П	Руководство по эксплуатации СИ	Удовлетворительно	9
201.	**794**	ШПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
202.	**797**	ШНП/П	ГОСТ 23337-78	Удовлетворительно	9
203.	**798**	ШП/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
204.	**801**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
205.	**804**	ШПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	**Неудовлетворительно**	**4**
206.	**809**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
207.	**812**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
208.	**813**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
209.	**815**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
210.	**816**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11

211.	**817**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
212.	**818**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
213.	**819**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
214.	**824**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
215.	**827**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
216.	**828**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
217.	**829**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
218.	**831**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
219.	**833**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
220.	**841**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
221.	**843**	ШПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	**Неудовлетворительно**	**4**
222.	**844**	ШПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	**Неудовлетворительно**	**4**
223.	**848**	ШНП/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9
224.	**850**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
225.	**854**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
226.	**856**	ШНПТ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
227.	**858**	ШН/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
228.	**862**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11

229.	**869**	ШН/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
230.	**870**	ШНПШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
231.	**871**	ШКТ/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	**Неудовлетворительно**	**7**
232.	**872**	ШНКШ/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	9
233.	**873**	ШНП/П	ГОСТ 12.1.050-86	Удовлетворительно	11
234.	**874**	ШНП/П	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Удовлетворительно	9

*Примечание:

ШИ/П - шум импульсный/ превышение
ШНИ/П – шум непостоянный импульсный/ превышение
ШНИШ/П - шум непостоянный импульсный, широкополосный/ превышение
ШНКПИ/П – шум непостоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный/превышение
ШНПШ/Н – шум непостоянный, прерывистый, широкополосный /превышение
ШНИШ/Н - шум непостоянный, импульсный, широкополосный / не превышает
ШНИШ/П - шум непостоянный, импульсный, широкополосный / превышение
ШНИ/Н - шум непостоянный, импульсный,/ не превышает
ШНП/П – шум непостоянный, прерывистый/ превышение
ШНКШ/П – шум непостоянный колеблющийся, широкополосный/ превышение
ШНПТ/П - шум непостоянный прерывистый, тональный/ превышение
ШШК/Н - шум широкополосный, колеблющийся/ не превышает
ШКШ/Н - шум широкополосный, колеблющийся/ превышение
ШИШ/Н – шум импульсный, широкополосный/ не превышает
ШПТ/Н – шум постоянный, тональный/ не превышает
ШПТ/П - шум постоянный, тональный/ превышение
ШПШ/П – шум постоянный широкополосный/ превышение
ШНТИ/Н – шум непостоянный тональный импульсный/ не превышает
ШНКШ/Н – шум непостоянный колеблющийся, широкополосный/ не превышает
ШТ/П – шум тональный/ превышение