


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ – СВИДЕТЕЛЬСТВО № K01.031 от 11.03.12**


Утверждаю
И.о. Главного врача
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора

В.Г. Сенникова
« 15 » 07 2015 г.

**Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях
1 этапа 2015 г.**

образец для контроля **ОК 12А06/15П**

Сводная таблица оценки качества результатов испытаний образца для контроля ОК 12А06/15П

Кодовый номер ИЛ	Шифр образца для контроля	ОК 12А06/15П					
	Определяемый показатель	Генотип ВГС					
	№ пробирки	№1	№2	№3	№4	№5	№6
	Генотип COR-область	1	2	3	3	2	1
	Концентрация РНК ВГС, МЕ/мл	10 ⁴	10 ⁴	10 ⁴	10 ⁴	10 ⁴	10 ⁴
Результат испытаний							
2243	Генотип ВГС	1	2	3	3	2	1
4471	Генотип ВГС	1	2	3	3	2	1
5041	Генотип ВГС	1	2	3	3	2	1
8940	Генотип ВГС	1	2	3	3	2	1
9046	Генотип ВГС	1b	2	3a	3a	2	1b


 Ответственный за проведение МСИ



М.В. Таблер