


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ – СВИДЕТЕЛЬСТВО № K01.031 от 11.03.12**

Утверждаю
И.о. Главного врача
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора


В.Г. Сенникова
« 15 » 07 2015 г.

**Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях
1 этапа 2015 г.**

образец для контроля **ОК 9А06/15П**

Сводная таблица оценки качества результатов испытаний образца для контроля ОК 9А06/15П


Кодовый номер ИЛ	Шифр образца для контроля	ОК 9А06/15П								
		Концентрация РНК ВИЧ								
	Определяемый показатель	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9
	№ пробирки	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9
	Концентрация РНК ВИЧ, копий/мл	10 ⁵	Сыворотка КРС	10 ³	10 ⁵	10 ⁴	10 ⁴	Сыворотка КРС	10 ³	Сыворотка КРС
	Целевое значение*	85480	-	903	85480	10306	10306	-	903	-
	Диапазон удовлетворительных результатов, копий/мл	27923-163354	-	286-2849	27923-163354	2619-40557	2619-40557	-	286-2849	-
Результат испытаний										
4471	Содержание РНК ВИЧ, копий/мл	97414	менее 50	1025	93621	17380	14727	менее 50	1244	менее 50
5041	Содержание РНК ВИЧ, копий/мл	42400	менее 150	354	49000	3930	3340	менее 150	345	менее 150

5552	Содержание РНК ВИЧ, копий/мл	124648	менее 20	1560	113762	22289	26616	менее 20	2064	менее 20
9046	Содержание РНК ВИЧ, копий/мл	95962	менее 500	менее 500	39546	4987	4491	менее 500	454	менее 500
9413	Содержание РНК ВИЧ, копий/мл	154578	0	1561	146455	19342	22136	0	1509	0

* Среднее геометрическое результатов участников. Использование среднего геометрического обусловлено значительной асимметрией распределения результатов.

** Интервал, включающий в себя 90% результатов участников – целевое значение $\pm 1,64s$, где s – стандартное отклонение логарифмов этих результатов.

Ответственный за проведение МСИ



М.В. Таблер