

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора	Ф7ДПЗ.11-4/2	Издание № 2
Сводный отчет результатов участия лабораторий в МСИ		Страница 1 из 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ - АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.430237 от 18.08.2017

Утверждено
Руководитель Провайдера
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора

А.В. Паршина
«18» _____ 2019 г.

**Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях
2 этапа 2019 года**

образец для проверки квалификации ОК 2Б08/19
шифр ОК

Сведения об образце для проверки квалификации:
образец для проверки квалификации 2Б08/19 представлен флаконом, содержащим:

код образца	объект исследования	определяемый показатель	характеристика образца
ОК 2Б08/19	имитант сыворотки крови (лиофильный субстрат)	антитела к возбудителю туляремии (наличие/отсутствие антител)	наличие антител к возбудителю туляремии

Критерии оценки результатов испытаний:

«Удовлетворительно» - соответствие результатов исследований, представленных ИЛ-участниками МСИ, характеристике образца (ОК 2Б08/19);
«неудовлетворительно» - несоответствие результатов исследований, представленных ИЛ-участниками МСИ, характеристике образца (ОК 2Б08/19).

Сводная информация о результатах участия ИЛ в раунде

информация о полученных результатах испытаний	определение антител к возбудителю туляремии	
	удовлетворительно	неудовлетворительно
результат, %	96,4 %	3,6 %
число результатов испытаний, полученных от ИЛ-участников МСИ	всего	55
	удовлетворительных	53
	неудовлетворительных	2

Результаты участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях приведены в сводной таблице.

Ответственный за проведение МСИ


подпись

М.А. Дрославцева
инициалы, фамилия

Проверил:


подпись

Д.С. Осипова
инициалы, фамилия