

ФБУЗ ФЦП и Э Роспотребнадзора	Ф7ДПЗ.11-4/2	Издание № 4
Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ		Страница 1 из 9

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
(ФБУЗ ФЦП и Э Роспотребнадзора)

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ/МСИ
НОМЕР ЗАПИСИ В РАД: RA.RU.430237 от 18.08.2017**

Варшавское ш., 19А, Москва, 117105



Утверждаю
Руководитель Провайдера
ФБУЗ ФЦП и Э Роспотребнадзора
А.В. Паршина
2025 г.

Сводный отчет № 2Б03/25
результатов участия в проверках квалификации/МСИ
2 этапа 2025 года
«ОК ФЦ 2025»

образец для проверки квалификации ОК 2Б03/25
шифр ОК

Сведения об образце для проверки квалификации ОК 2Б03/25: парный образец (по 2 ед. в образце) пищевого продукта (молоко сухое) упакован в пластиковые контейнеры, вторичную полипропиленовую упаковку и в третичную упаковку из полимерного материала.

шифр образца	объект исследования	определяемый показатель	характеристика образца
ОК 2Б03/25	молоко сухое	патогенные, в т.ч. сальмонеллы	отсутствие патогенных, в т.ч. сальмонелл

Критерии оценки результатов испытаний:

«удовлетворительно» - соответствие результатов исследований, представленных ИЛ-участниками МСИ, характеристике образца ОК 2Б03/25;

«неудовлетворительно» - несоответствие результатов исследований, представленных ИЛ-участниками МСИ, характеристике образца ОК 2Б03/25.

Сводная информация о результатах участия ИЛ в раунде

информация о полученных результатах испытаний		патогенные, в т.ч. сальмонеллы
результат, %	удовлетворительно	99,2
	неудовлетворительно	0,8
	всего	131
	удовлетворительных	130
число результатов испытаний, полученных от ИЛ – участников МСИ		1

Результаты участия в ПК/МСИ приведены в сводной таблице.

Сводная таблица

оценки качества результатов испытаний образца для проверки квалификации ОК 2Б03/25
Пищевой продукт (молоко сухое)

№ п/п	кодový номер И.Л	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		заключение
		Приписанное значение: отсутствие патогенных, в т.ч. сальмонелл	обозначение НД на метод испытаний, методика испытаний	
1.	1006	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
2.	1009	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
3.	1017	патогенные, в т.ч. сальмонеллы обнаружены	ГОСТ 31659-2012	неудовлетворительно
4.	1077	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
5.	1104	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
6.	1145	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)	удовлетворительно
7.	1246	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
8.	1249/1	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
9.	1249/2	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
10.	1375	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
11.	1429	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
12.	1452	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002), ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
13.	1650	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
14.	1818	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
15.	2000	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32010-2013	удовлетворительно
16.	2020	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
17.	2099	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
18.	2109	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
19.	2189	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
20.	2191	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦ иЭ Роспотребнадзора		Ф7/ДПЗ.11-4/2		Издание № 4
Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ				Страница 4 из 9
21.	2200	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
22.	2239	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
23.	2294	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
24.	2387	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
25.	2434	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
26.	2438	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
27.	2449	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
28.	2641	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
29.	2660	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
30.	2714	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-12	удовлетворительно
31.	2801	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	МУ 4.2.4070-24	удовлетворительно
32.	2992	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
33.	3022	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	МУ 4.2.4070-24	удовлетворительно
34.	3067	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
35.	3143	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
36.	3178	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
37.	3243	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
38.	3256	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
39.	3257	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
40.	3406	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
41.	3443	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)	удовлетворительно
42.	3444	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
43.	3544	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6585-2015	удовлетворительно
44.	3555	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32010-2013	удовлетворительно
45.	3574	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
46.	3687	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
47.	3689	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
48.	3712	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2024	удовлетворительно
49.	3727	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
50.	3769	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
51.	3834	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579-2002)	удовлетворительно

52.	3846	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
53.	4037	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
54.	4075	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
55.	4170/1	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
56.	4170/2	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
57.	4170/3	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
58.	4273	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)	удовлетворительно
59.	4430	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
60.	4587	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 32010-2013	удовлетворительно
61.	4588	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
62.	4646	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
63.	4663	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
64.	4679	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
65.	4754	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
66.	4759	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
67.	4924	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
68.	4930	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
69.	4941	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
70.	4994	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
71.	5060	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 32149-2013	удовлетворительно
72.	5145	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
73.	5219	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
74.	5232	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
75.	5267	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32010	удовлетворительно
76.	5276	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
77.	5332	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
78.	5481	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
79.	5794	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно

80.	5855	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	МУ 4.2.4070-24	удовлетворительно
81.	6050	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
82.	6054	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
83.	6168	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
84.	6191/1	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
85.	6191/2	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
86.	6320	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
87.	6421	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
88.	6503	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	МУК 4.2.3262-15	удовлетворительно
89.	6606	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
90.	6854	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
91.	6994	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
92.	7051	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
93.	7066	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659	удовлетворительно
94.	7123	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
95.	7169/1	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
96.	7169/2	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
97.	7179	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
98.	7334	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
99.	7386	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
100.	7387	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
101.	7639	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
102.	7689	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
103.	7725	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
104.	7818	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
105.	7887/1	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2013	удовлетворительно
106.	7887/2	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 32149-2013	удовлетворительно
107.	7989	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
108.	8030	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
109.	8091	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
110.	8151	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
111.	8521	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно

112.	8564	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
113.	8574	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
114.	8603	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
115.	8882	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)	удовлетворительно
116.	8959	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
117.	8963	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
118.	9034	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
119.	9108	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
120.	9197	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
121.	9221	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
122.	9247	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
123.	9276	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
124.	9286	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
125.	9333	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
126.	9338	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
127.	9405	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
128.	9414	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ ISO 6785-2015	удовлетворительно
129.	9571	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ Р 31659-2012 (ISO 6579:2002)	удовлетворительно
130.	9663	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно
131.	9730	патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены	ГОСТ 31659-2012	удовлетворительно

Имя, фамилия и контактные данные координатора района (размещены на сайте):
Координатор района:

№ п.п.	ФИО	Направление однородных исследований	Внутренний телефон
1.	Малин Елена Эдуардовна	группа бактериологических исследований	доб. 182

Указание работ, которые выполнялись по договору субподряда (размещено на сайте): Работы по договору субподряда подрядчиком проведены проверки квалификации не выполнялись. Подрядчик проверок квалификации/МСИ не привлекает субподрядные организации к организации и проведению проверок квалификации.

Установление степени конфиденциальности результатов (размещено на сайте): Подрядчик проверок квалификации/МСИ ФБУЗ ФЦ иЭ Роспотребнадзора гарантирует конфиденциальность участникам и иным заинтересованным лицам. Конфиденциальность участия в проверках квалификации гарантируется направлением результатов испытаний (измерений) только в адрес участника и без согласия заказчика результаты испытаний (измерений) не подлежат разглашению или передаче третьим лицам. В соответствии с Приказом

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора	Ф7/ДПЗ.11-4/2 Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ	Издание № 4 Страница 8 из 9

Минэкономразвития России от 24.10.2020 г. № 704 ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, как аккредитованный провайдер МСИ, представляет в Федеральную службу по аккредитации сведения о факте участия в проверке квалификации (наименование юридического лица, номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, адрес места осуществления деятельности) в случае, если участник является аккредитованным в национальной системе аккредитации лицом.

Оценки однородности и стабильности: стабильность и однородность образцов гарантированы производителем на протяжении всего срока годности (аналитический паспорт качества на контрольный образец № 05 от 19.03.2025 г.), подтверждены технологией приготовления и лабораторными исследованиями (протоколом лабораторных исследований № 923 от 19.03.2025). Специальные образцы контроля одной партии в количестве 149 шт. (по 2 ед. в образце). Перед началом раунда осуществлены выборочный отбор образцов контроля в количестве 10 шт. и передача их в аккредитованный ИЩЦ для исследования на наличие (отсутствие) патогенных, в т.ч. сальмонелл (протоколы лабораторных исследований № 101-110 от 08.04.2025).

Статистические данные и итоговые расчеты, включая приписанные значения и диапазон приемлемых результатов и графические изображения:

Удовлетворительными признаются результаты исследований, соответствующие характеристике образца ОК 2Б03/25.

По данным аналитического паспорта на образец: отсутствие патогенных, в т.ч. сальмонелл.

Неудовлетворительными признаются результаты исследований, не соответствующие характеристике образца ОК 2Б03/25, т.е. наличие патогенных, в т.ч. сальмонелл.

Процедуры, используемые для установления приписанного значения: ДПЗ.11-4/3 «Анализ и оценка результатов проверки квалификации/МСИ».

Описание метрологической прослеживаемости и неопределенности измерений: метрологическая прослеживаемость в документах на специальный образец контроля, приписанное значение установлено по данным аналитического паспорта на образец, интерпретация результатов по установленным в сводном отчете критериям.

Процедуры установления стандартного отклонения для оценки квалификации или другие критерии оценивания:

Оценка результатов исследования проводилась путем сравнения полученных результатов участников раунда с данными аналитического паспорта на образец контроля.

Приписанные значения и итоговые статистики для методов или методик испытаний, используемых каждой группой участников (если различные методы использовались различными группами участников): все участники испытаний использовали в качестве основного классический бактериологический метод.

Комментарии провайдера проверки квалификации и технических экспертов относительно характеристик функционирования участников: по настоящему отчету комментарии провайдера проверки квалификации и технических экспертов относительно характеристик функционирования участников не требуются.

ФБУЗ ФЦ иЭ Роспотребнадзора	Ф7ДПЗ.11-4/2	Издание № 4
	Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ	Страница 9 из 9

Информация о разработке и реализации программы проверки квалификации:

План проведения межлабораторных сравнительных испытаний провайдеру проверок квалификации лабораторий Федерального бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (утв. 02.09.2024 г.),

Программа межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний (МСИ) «ОК ФЦ 2025» (утв. 04.09.2024 г.).

Программа по данному раунду реализована.

Процедуры, используемые для статистического анализа данных: ДПЗ.11-4/3 «Анализ и оценка результатов проверки квалификации/МСИ».

Рекомендации по интерпретации статистического анализа: не требуется.

Комментарии или рекомендации, основанные на результатах тура проверки квалификации: по настоящему отчету комментарии или рекомендации, основанные на результатах тура проверки квалификации, не требуются.

Ответственный за проведение раунда (координатор):

подпись

Е.Э. Малин

инициалы, фамилия

Проверил:

подпись

Л.С. Осипова

инициалы, фамилия

Статус отчета:

окончательный

«30» июля 2025 г.

дата подготовки

конец отчета